

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1190147

**Výrobek:** Monitor dechu miminka

**Typ:** BM-02

**Jmenovité hodnoty:** 2 x baterie AA-LR6 (2 x 1,5 V DC)

**Objednatel:** JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

**Výrobce:** JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

**Výrobní místo:** JabloPCB s.r.o.  
U Přehrady 5129/67, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 910260-01/01 ze dne: 05.03.2019, 910260-01/02 ze dne: 27.02.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 60601-1ed.2:2007+A1:2014, ČSN EN 60601-1-2ed.3:2016, ČSN EN 60601-1-6ed.3:2010+A1:2015,  
ČSN EN 62366:2008+A1:2015, ČSN EN 60601-1-1ed.2:2016

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 910260 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 31.03.2022

06.03.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



910260-01